



# Artikelstammkarte

QMF 4-1-3  
Rev 7  
22.09.2022

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Änderung (change notification)

QTM 1-0019-0

Rev:

2

Artikel Bezeichnung / item description

Sauganschluss, 8.0, FR24, ws

Material / raw material

PVC (SK 3003R-65 white 4001)

Farbe / colour

ws = weiss

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X

Bemerkungen / Remarks

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Entfernen der Qosina Referenz, da Qosina ein neues Werkzeug, bei einem abweichenden Hersteller, in einem abweichenden Land erstellt hat. Somit stimmt dieser, von Qosina neu erstellte, Artikel nicht mehr mit dem weiterhin verfügbaren bisherigen Bestandsartikel QTM 1-0019-0 überein. Wenngleich die Zeichnungen identisch geblieben ist, wird als Ursprung jz. CHN angegeben.

Historie / history

Artikel angelegt / item created:

9. Jul. 2013

Zeichng erstellt / drawing date:

Oktober 15

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0019-0 / Rev 2

Rev. erstellt / Rev. issued:

19. Jan. 2022

Neuauflage / new Documents:

Artstamm  Zeichnung  MatZertifikat  sonstiges

A2  Z2  M1  ...

Erstellt durch / created by:

GW

Artikelinformationen / logistical information



Gewicht / weight per item

3,75 gr

Verpackung / packaging

Stk / parts:

1.000

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

2

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

L

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum / date of release

19. Januar 22

Freigabe durch / Released by

QMB

auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

ERP Daten aktualisiert am / Data in ERP revised on

quatramed

Büchelstraße 5-7  
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134  
Fax +49 (0)6821 9194135

Dateneingabe durch / Data processing by