



# Artikelstammkarte

QMF 4-1-3  
Rev 6  
09.06.2021

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0105-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter Kegel, 5.5, tr

Material / raw material

Farbe / colour

**ABS** (Terlux 2822 HD)

tr=transparent

mögliche Sterilisationsarten /  
possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X

x1

Bemerkungen / Remarks

1 bis kGy

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit / shelf life

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Neuanlage / new issue

Artikel angelegt / item created:

3. Jul. 2014

Zeichng erstellt / drawing date:

Juli 14

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0105-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

3. Apr. 2014

Erstellt durch / created by:

GW

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

gr

Verpackung /  
packaging

Stk / parts:

1.000

pro Gebinde /  
per Container

Gebinde /  
Container

2

pro Karton /  
per box

Kartontyp /  
boxsize

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum  
date of release

August 15

Freigabe durch / Released by

QMB

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

quattramed

Büchelstraße 5-7  
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134  
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am  
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data  
processing by



auf Webseite