



# Artikelstammkarte

QMF 4-1-3  
Rev 7  
22.09.2022

Ausgabegrund / reason for issuing

Neuanlage (new item)

Art.-Nr. / item code

QTM 1-0096-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter, LLw, 2.6, tr

Material / raw material

PC (Makrolon 2458)

Farbe / colour

tr = transparent

mögliche Sterilisationsarten /  
possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

x1

Bemerkungen / Remarks

1 bis 121 Grad

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Artikel angelegt / item created:

20. Mai. 2020

Zeichng erstellt / drawing date:

Mai 20

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0096-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

20. Mai. 2020

Neuauflage / new Documents:

Artstamm Zeichnung MatZertifikat sonstiges

A...  Z...  M...  ...

Erstellt durch / created by:

GW

Artikeldaten / logistical information

Gewicht / weight per item

gr

Verpackung /  
packaging

Stk / parts: 1.000

pro Gebinde /  
per Container

Gebinde /  
Container 2

pro Karton /  
per box

Kartontyp /  
boxsize L

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum  
date of release

Mai 20

Freigabe durch / Released by

QMB

auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

Büchelstraße 5-7  
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134  
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am  
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data  
processing by