



Artikelstammkarte

QMF 4-1-3
Rev 6
09.06.2021

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Änderung (change notification)

QTM 1-0066-0

Rev:

1

Artikel Bezeichnung / item description

Rückschlagventil, HF, 5/32", 5/32", tr, #91028

Material / raw material

Farbe / colour

Gehäuse: **PMMA** (CYROLITE G20); Ventil: **Sik** (LIM 6030)

tr=transparent

mögliche Sterilisationsarten /
possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X³

Bemerkungen / Remarks

X³ bei Ventilen ist die spezif. Fkt nach Steri zu überprüfen

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

n/a

Haltbarkeit / shelf life

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Korrektur der Bezeichnung und der Herstellerartikel-Nr.
Keine Änderungen an Form, Maßhaltigkeit und Funktion.

Artikel angelegt / item created:

28. Jun. 2013

Correctur Item Description as well as Manufacturer Ref.
No change in form, fit and function

Zeichng erstellt / drawing date:

Februar 22

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0066-0 / Rev 1

Rev. erstellt / Rev. issued:

14. Feb. 2022

Erstellt durch / created by:

GW

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

2,25 gr

Verpackung /
packaging

Stk / parts:

100

pro Gebinde /
per Container

Gebinde /
Container

1

per box

Kartontyp /
boxsize

S

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum
date of release

Februar 22


Freigabe durch / Released by

QMB



auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)



quattramed

Büchelstraße 5-7
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data
processing by