

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0005-1

Rev: 0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter m. Fl., LLm, 4.1, tr, #65113

Material / raw material

ABS (Terlux 2802 HD)

Farbe / colour

tr = transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

x

x¹

Bemerkungen / Remarks

¹bis 50 kGy

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Artikel angelegt / item created: 19. Feb. 2018

Zeichng erstellt / drawing date: Februar 18

Zeichn.-Nr. / drawing nr. QTM 1-0005-1 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued: 19. Feb. 2018

Neuauflage / new Documents:

MD?

Artstamm Zeichnung MatZertifikat sonstiges

A0 Z0 M0 ...

Erstellt durch / created by: EK

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

0,80 gr

Verpackung / packaging

Stk / parts: 1.000 pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container: 2 pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize: M

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum / date of release

Februar 18

Freigabe durch / Released by

QMB

auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)



Büchelstraße 5-7 Fon +49 (0)6821 9194134
66538 Neunkirchen Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am / Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data processing by