



Artikelstammkarte

QMF 4-1-3
Rev 5
18.06.2020

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0031-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Rückschlagventil, HF, 1/8", tr, #91007

Material / raw material

Farbe / colour

Gehäuse: **PMMA** (Cyrolite G20); Ventil: **Sik** (LIM 6030)

tr=transparent

mögliche Sterilisationsarten /
possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X³

Bemerkungen / Remarks

X³ bei Ventilen ist die spezif. Fkt nach Steri zu überprüfen

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

n/a

Haltbarkeit / shelf life

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Neuanlage / new issue

Artikel angelegt / item created:

18. Jun. 2013

Zeichng erstellt / drawing date:

Juni 13

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0031-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

18. Jun. 2013

Erstellt durch / created by:

GW

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

2,28

gr

Verpackung /
packaging

Stk / parts:

500

pro Gebinde /
per Container

Gebinde /
Container

2

pro Karton /
per box

Kartontyp /
boxsize

M

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum
date of release

Dezember 14

Freigabe durch / Released by

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

quattramed

Büchelstraße 5-7
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134
Fax +49 (0)6821 9194135

ertent

ERP Daten aktualisiert am
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data
processing by