

Ausgabegrund / reason for issuing

Neuanlage (new item)

Art.-Nr. / item code

QTM 1-0090-2

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter, LLm, 3/16", tr, gamma, #11565

Material / raw material

PC (Calibre 2081)

Farbe / colour

tr = transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

x¹

x¹

Bemerkungen / Remarks

¹ bis 25kGy

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Artikel angelegt / item created:

27. Mrz. 2018

Zeichng erstellt / drawing date:

April 18

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0090-2 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

27. Mrz. 2018

Neuauflage / new Documents:

Artstamm Zeichnung MatZertifikat sonstiges

A0 Z0 M0 ...

Erstellt durch / created by:

EK

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

0,93 gr

Verpackung / packaging

Stk / parts:

1.000

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

1

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

S

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum
date of release

April 18

Freigabe durch / Released by

QMB



auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

quatramed

Büchelstraße 5-7 Fon +49 (0)6821 9194134
66538 Neunkirchen Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am
Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data processing by