



Artikelstammkarte

QMF 4-1-3
Rev 8
29.01.2024

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0090-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Adapter, LLm, 3/16", tr, #11553

Material / raw material

PC (Makrolon 2558)

Farbe / colour

tr = transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

X

X²

Bemerkungen / Remarks

²bis 121 Grad

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Artikel angelegt / item created:

15. Okt. 2013

Zeichng erstellt / drawing date:

März 13

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0090-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

15. Okt. 2013

Neuauflage / new Documents:

MD?

Artstamm Zeichnung MatZertifikat sonstiges

A Z M ...

Erstellt durch / created by:

GW

Artikelinformationen / logistical information

Gewicht / weight per item

0,95 gr



Verpackung / packaging

Stk / parts:

1.000

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

2

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

S

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum / date of release

Dezember 14

Freigabe durch / Released by

QMB

auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

ERP Daten aktualisiert am / Data in ERP revised on

quatramed

Büchelstraße 5-7
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134
Fax +49 (0)6821 9194135

Dateneingabe durch / Data processing by