



Artikelstammkarte

QMF 4-1-3
Rev 6
09.06.2021

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0103-0

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

Rückschlagventil, LLw, LLm, tr, #80129

Material / raw material

Farbe / colour

Gehäuse: **PC** (Makrolon RX 1805), Ventil: **Sik** (160-60125)

tr = transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

x

x

Bemerkungen / Remarks

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

n/a

Haltbarkeit (Jahre)/shelf life (years)

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Neuanlage / new issue

Artikel angelegt / item created:

22. Mai. 2014

Zeichng erstellt / drawing date:

Januar 14

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0103-0 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

22. Mai. 2014

Erstellt durch / created by:

AM

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

1,13

gr

Verpackung / packaging

Stk / parts:

500

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

1

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

S

Lagereinheit / Storage unit

Stück

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum / date of release

22. Mai 2014

Freigabe durch / Released by

QMB



auf Webseite

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)

quatramed

Büchelstraße 5-7
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am / Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data processing by