



# Artikelstammkarte

QMF 4-1-3  
Rev 5  
18.06.2020

Ausgabegrund / reason for issuing

Art.-Nr. / item code

Neuanlage (new item)

QTM 1-0092-2

Rev:

0

Artikel Bezeichnung / item description

## Adapter, LLm r, 1/8", tr, #89341

Material / raw material

Farbe / colour

PC (Makrolon RX 1805)

tr=transparent

mögliche Sterilisationsarten / possible types of sterilization

EO

Heat

eBeam

Gamma

x

x2

x

x

Bemerkungen / Remarks

2 bis 121Grad

0

steril (j/n) / sterile (y/n)

n

Reinraum / cleanroom

Klasse: 8 / class:8

Haltbarkeit / shelf life

FDA u/o CE

Änderungsgrund / Description of change

Historie / history

Neuanlage / new issue

Artikel angelegt / item created:

2. Mrz. 2017

Zeichng erstellt / drawing date:

März 17

Zeichn.-Nr. / drawing nr.

QTM 1-0092-2 / Rev 0

Rev. erstellt / Rev. issued:

2. Mrz. 2017

Erstellt durch / created by:

EW

Artikeldaten / logistical information



Gewicht / weight per item

1,05

gr

Verpackung / packaging

Stk / parts:

3.000

pro Gebinde / per Container

Gebinde / Container

1

pro Karton / per box

Kartontyp / boxsize

M

QM Freigabe / QM Release

Freigabedatum / date of release

März

Freigabe durch / Released by

Freigabe / Release (Stempel/Stamp)



quatramed

Büchelstraße 5-7  
66538 Neunkirchen

Fon +49 (0)6821 9194134  
Fax +49 (0)6821 9194135

ERP Daten aktualisiert am / Data in ERP revised on

Dateneingabe durch / Data processing by

erteilt