quattramed	Materialzertifikat Material Certificate	quattramed GmbH Büchelstrasse 5-7 66538 Neunkirchen

Datum / Date:	#NV	AT-Nr / Int. Ref:	#NV
		Kunden Bestell Nr. Customer Order Nr:	#NV
Kunde / Customer:	#NV #NV #NV		
Kunden Art-Nr. Customer Ref:	#NV	Liefermenge: Quantity delivered	#NV
quattramed Art-Nr. quattramed item:	**QTM 1-0092-2**	Chargen-Nr.: Batch Nr.:	#NV
Bezeichnung: Description	**Adapter, LLm, 1/8", tr, #89341**		

verwendete Materialien / used materials

Nr. *(No)*	**Wo** *(Where)*	**Art / Gattung** *(Kind of Mat'l)*	**Typ / Handelsname** *(Tradename)*	**Farbe** *(Colour)*	**Hersteller** *(Manufacturer)*
1	komplett	PC	Makrolon RX 1805	transparent	Covestro
2					
3					
4					
5					

Materialeigenschaften / material properties

Nr. *(No)*	**ISO-10993** / USP class	**Lebensmitteleignq** / CFR (food)	**phthalatfrei** / phatalatefree	**latexfrei** / latexfree	**frei tier. Ursprungs** / animal derivate free	**BPA-frei** / BPA free	**REACH Konform** / conform	**RoHS Konform** / conform	**KonfliktMat frei** / SVHC free	**Frei v Mat. menschl Ursprung** / humanfree	**Nanopartikelfrei** / no nano particles	**FCKW frei** / ozon deplet. sub free	**Kal. Trinkwasser Gesetz** /California Propos. 65											**Lipidresistent** / lipid resistand	**Zytostatikabeständig** /cytostatic resistand					
1	X		X	X	X	X	X	X	X	X																				
2																														
3																														
4																														
5																														

Die angegebenen Materialeigenschaften entsprechen dem uns, zum Zeitpunkt der Ausgabe vorliegenden Dokumentenstand. Nicht attestierte Eigenschaften können bestehen, liegen uns jedoch nicht in entsprechender Form vor.

Material properties are indicated based on written documents availabele at quattramed at the moment of issueing this document. Not attested properties maybe fulfilled too, but aren't avilable in written at present.